

Höchstwerte der verfahrensspezifischen Messunsicherheiten (Tabelle ist momentan in Bearbeitung. Bitte fragen Sie uns an)

Für werkstoffspezifische MU ist eine individuelle Betrachtung erforderlich. Bitte fragen Sie bei uns an.

Verfahren	Konzentration von	Konzentration bis	MU abs	Bemerkungen
HfdE Bd.2 T2 S. 6.6-100-6.6-106 1994	0,005	0,01	0,003	MU: erweitere Messunsicherheit k=2 Der Wert liegt mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit im Vertrauensintervall
	0,01	0,05	0,01	
	0,05	0,15	0,025	
	0,15	1	0,05	
	1	5	0,13	